

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	Lactose Lactosa/Lactose	
Referência Referencia / Reference:	124	
Lote Lot:	26010030	
Validade Validez / Expiration date:	04/12/2027	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aparência visual Apariencia visual/ Visual appearance:	Líquido límpido incolor Líquido transparente incoloro/Colorless clear liquid	De acordo De acuerdo/Accordingly
pH pH/ pH:	2,5 -3,4	3,3
Densidade Densidad/Density:	1000 - 1150 g/L	1.070 g/L
Data Fecha / Date:	15/04/2026	
 Tatiane T G Pereira Controle de Qualidade Control de Calidad / Quality Control		
Gold Analisa Diagnóstica Ltda. CNPJ: 03.142.794/0001-16 Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br www.goldanalisa.com.br		