


Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	2173
Fabricação	26/09/2022
Validade	08/08/2023

Quesitos	Crítérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



VDRL POSITIVO

VDRL NEGATIVO

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Positiva Lote: PNCQ lote 00212022	Positivo	Positivo	Positivo
Amostra Negativa Lote: Amostra Interna 1	Negativo	Negativo	Negativo

Data 27/09/2022

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

