


Produto Producto / Product:	Cálcio Arsenazo Calcio Arsenazo/ Arsenazo Calcium
Referência Referencia / Reference:	449M/449
Lote Lot:	202202
Validade Validez / Expiration date:	04/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,660	0,207
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	26,0 - 39,6	37,4
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	Até 17 mg/dL Hasta 17 mg/dL/ Until 17 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	9,29(7,90-10,7)mg/dL	9,3 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	12,6 (10,7 - 14,5) mg/dL	11,8 mg/dL

Data Fecha / Date:	27/04/2022
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br