



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Creatinina Mono Creatinina Mono/ Creatinine Monkey
Referência Referencia / Reference:	110/110E
Lote Lot:	25035 CM01
Validade Validez / Expiration date:	08/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	< 0,1700	0,141
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	24.0 - 36.0	34.88
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	10 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,18 (0,94 - 1,42) mg/dL	1,20 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	3,85 (3,27 - 4,42) mg/dL	3,76 mg/dL

Data Fecha / Date:	10/12/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br