


Produto Producto / Product:	Uréia UV Urea UV/ UV urea
Referência Referencia / Reference:	416
Lote dos Componentes: Lot:	Padrão: 202310 - Val. 02/2025 Tampão: 202401 - Val. 04/2025 Coenzima: 202401 - Val. 04/2025
Lote Lot:	202310A CM01
Validade Validez / Expiration date:	02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Fator de Calibração Factor Calibración / Calibration Factor :	528 a 792	619,4
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	300 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	33 (28 - 38) mg/dL	33 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	115 (98 - 132) mg/dL	107 mg/dL

Data Fecha / Date:	17/05/2024
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br