



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--------------------|
| Produto Producto / Product: | ALT |
| Referência Referencia / Reference: | 422 |
| Lote Lot: | 202307 CM04 |
| Validade Validez / Expiration date: | 07/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | > 1,000 | 1,715 |
| Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | 400 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 44 (35 - 53) U/L | 40,0 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 117 (94 - 140) U/L | 117 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 22/12/2023 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br