Controle Reumático | Control Reumático

Tabela de Valores do soro controle para reumatologia/Tabla de Valores del suero de control para reumatología

Ref: 601.2
MS 80022230191

LOTE: 3183
VAL.: 02/2025

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 3183 Val: 02/2025					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	279	223 - 335	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	83,5	58,5 - 108,6	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	61,2	42,8 - 79,6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 07/23