



Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	2144
Fabricação	10/08/2022
Validade	13/06/2023

Quesitos	Critérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



VDRL POSITIVO



VDRL NEGATIVO

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Positiva Lote: 02762019	Positivo	Positivo	Positivo
Amostra Negativa Lote: Amostra Interna 2	Negativo	Negativo	Negativo

Data 10/08/2022

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br / www.goldanalisa.com.br