Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Soro Anti-A** Suero anti-A/Anti-A serum
Referência Referencia / Reference:	**172A.1**
Lote Lot:	**4258**
Validade Validez / Expiration date:	**04/03/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-AB Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) **(1 x 10 mL)**	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	**Aprovado**

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO

PROVA DIRETA (GLOBULAR)

AMOSTRA		SORO ANTI-A	SORO ANTI-B	SORO ANTI-AB	INTERPRETAÇÃO HEMÁCIA	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	A	-	-	-	-	Aprovado
	B	(-)	4+	4+	B	
	AB	4+	4+	4+	AB	
	O	(-)	(-)	(-)	O	

Legenda:
Anti-A: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo B.
Anti-B: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo A.
Anti-AB: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo O.
Ausência de anticorpos: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo AB.

PROVA REVERSA (SÉRICA)

AMOSTRA		SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS - AB (5%)	SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS - B (5%)	SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	INTERPRETAÇÃO SORO	
SORO	(B) Anti-A	4+	(-)	(-)	B	Aprovado
	(A) Anti-B	-	-	-	-	
	(O) Anti-AB	4+	4+	(-)	O	
	(AB) Sem Anticorpos	(-)	(-)	(-)	AB	

Hemácias O+: Controle Interno biológico [Lote: TMZ19 Val. 19/09/2024]
Hemácias B - : Controle Interno biológico [Lote: CA01 Val. 31/07/2024]
Hemácias AB+: Controle Interno biológico [Lote: JAN24 Val. 31/05/2024]



Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	**18/09/2024**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br