

Produto
Producto / Product: **Ferritina**
Ferritina/Ferritin**Referência**
Referência / Reference: **477****Lote**
Lot: **6085****Validade**
Validez / Expiration date: **10/2028****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 1000 µg/dL hasta 1000 µg/dL/Until 1000 µg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	63 (44,1 - 81,9) µg/L	50,0 µg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	204 (143 - 265) µg/L	173,0 µg/dL

Data
Fecha / Date: **18/06/2026**

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br