Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**COVID AG** COVID AG/COVID AG
Referência Referencia / Reference:	**132E**
Lote Lot:	**2410324A**
Validade Validez / Expiration date:	**17/01/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	**Íntegra e sem manchas** Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	**Límpido incolor** Claro incoloro/ Clear colorless	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Amostras positivas Muestras positivas/ Positive Samples	**Positivo** Positivo/ Positive	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Amostras negativas Muestras negativas/ Negative Samples	**Negativo** Negativo/ Negative	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**

Data Fecha / Date:	**07/11/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br