

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	Calibrador Calibrador/Calibrator
Referência Referência / Reference:	410M
Lote Lot:	202501 CM01
Fabricação Fabricación/Manufacturing Date:	27/10/2025
Validade Validez / Expiration date:	16/12/2027
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO (RASTREABILIDADE) CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO (TRAZABILIDAD)/ PRODUCT QUALITY CONTROL (TRACEABILITY)	
<p>Os valores estabelecidos para os diversos analitos do Calibrador são rastreáveis aos padrões SRM 909, 927 965 e 1951 do NIST, ERM 470 da IFCC, métodos de referência da IFCC, métodos de referência da IFCC e aos valores de consenso dos programas de proficiência do CAP.</p> <p>Los valores estabelecidos para los diversos analitos de Calibrador son trazables a los estándares NIST SRM 909, 927 965 y 1951, IFCC ERM 470, métodos de referencia IFCC, métodos de referencia IFCC y los valores de consenso de los programas de competencia CAP/ The values established for the various analytes of Calibrador are traceable to the NIST SRM 909, 927 965 and 1951 standards, the IFCC reference methods, the IFCC reference methods and the CAP proficiency programs consensus values.</p> <p>SRM = Standard Reference Material SRM = Material de Referencia Estándar/ SRM - Standard Reference Material</p> <p>NIST=National Institute of Standards and Technology NIST = Instituto Nacional de Estándares y Tecnología/ NIST- Nacional Institute of Standards and Technology</p> <p>ERM= European Reference Materials ERM= Materiales de Referencia Europeos/ ERM- European Reference Materials</p> <p>IFCC= International Federation of Clinical Chemistry IFCC= Federación Internacional de Química Clínica/IFCC= International Federation of Clinical Chemistry</p> <p>CAP= College of American Pathologists CAP= Colegio de Patólogos Americanos/CAP= College of American Pathologists</p>	
Data Fecha / Date:	30/10/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br