



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Fibrinogênio TTPA neto/Net TTPA
Referência Referencia / Reference:	116
Lote Lot:	3310
Validade Validez / Expiration date:	04/09/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma control level I:	292 (233,6 - 350,4) mg/dL	309 mg/dL
Plasma controle nível II Nível de control de plasma II/Plasma control level II:	303 (272,7 - 333,3) mg/dL	301,6 mg/dL

Data Fecha / Date:	24/11/2023
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br