Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA**
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202303 (CM02)**
Validade Validez / Expiration date:	**09/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	**BT 1.06 (0.56 – 1.59) mg/dL** **BD 0.34 (0.21 – 0.48) mg/dL**	**BT 0,95 mg/dL** **BD 0,35 mg/dL**
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	**BT 2.05 (1.31 - 2.79) mg/dL** **BD 0.48 (0.29 - 0.68) mg/dL**	**BT 2,78 mg/dL** **BD 0,65 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**24/08/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br