

Produto Producto / Product:	Proteinúria Proteinuria/Proteinuria
Referência Referencia / Reference:	498
Lote Lot:	202307A (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	05/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,150	0,149
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	114 - 170	116,8
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	100 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I:	40 (32 - 48) mg/dL	41,67 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II:	80 (64 - 96) mg/dL	84,47 mg/dL

Data Fecha / Date:	12/04/2024
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br