

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Fósforo UV</b> Fósforo UV/UV Phosphorus
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>412/412M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202306A CM03</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>05/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<b>&lt;0,900</b>	<b>0,575</b>
<b>Fator de Calibração</b> Factor Calibración)/ Calibration Factor :	<b>17,4 a 26,0</b>	<b>19,60</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>Até 20 mg/dL</b> Hasta 20 mg/dL/ Until 20 mg/dL	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>4.75 (4.28 - 5.23) mg/dL</b>	<b>4,73 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>8.19 (7.37 - 9.01) mg/dL</b>	<b>7,93 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>16/02/2024</b>
------------------------------	-------------------

*Isabela F. A. Silva*

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**