


<b>Produto</b>	<b>Sífilis VDRL</b>
<b>Referência</b>	<b>129</b>
<b>Lote</b>	<b>048</b>
<b>Fabricação</b>	<b>28/01/2026</b>
<b>Validade</b>	<b>04/05/2026</b>

<b>Quesitos</b>	<b>Critérios</b>	<b>Resultados</b>
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

**Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:**



1. Reagente sem amostra;

2. Reagente + Controle Negativo;

3. Reagente + Controle Positivo;

**Registro da determinação para testes qualitativos:**

<b>Amostra</b>	<b>1º leitura</b>	<b>2º leitura</b>	<b>3º leitura</b>
<b>Amostra Reagente</b> Controle PNCQ Lote: VDRL 00212022 Validade: 01/2027	REAGENTE	REAGENTE	REAGENTE
<b>Amostra Não-Reagente</b> Controle PNCQ Lote: VDRL 04322023 Val: 07/2026	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

**Data**

**02/02/2026**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br) / [www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**