



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Analisa Clot</b>
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>Coagulômetro dois canais</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>21060038</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>NA</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Temperatura do Equipamento</b> Temperatura del equipo / Equipment Temperature	<b>37°C</b>	Conforme
<b>Funcionamento da Impressora</b> Operación de la impresora / Printer Operation	<b>CONFORME</b>	Conforme
<b>Plasma Controle N1 TP</b> Control de plasma N1 TP Plasma Control N1 TP:	<b>13.0 (10.0 - 16.0)''</b>	13.75''
<b>Plasma Controle N2 TP</b> Control de plasma N1 TP / Plasma Control N2 TP:	<b>30.0 (24.0 - 46.0)''</b>	34.85''
<b>Plasma Controle N1 TTPA</b> Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N1 TTPA:	<b>31.5 (24.0 - 45.0)''</b>	33.45''
<b>Plasma Controle N2 TTPA</b> Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N2 TTPA:	<b>72.0 (57.6 - 86.4)''</b>	79.40''

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>30/05/2022</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**