



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	PCR Turbidimetria Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry
Referência Referencia / Reference:	473
Lote Lot:	3132
Validade Validez / Expiration date:	04/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	≤0,900	0,6559
Linearidade Linealidad / Linearity:	150 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	25,5 (17,9 - 33,2) mg/L	22,6 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	60,5 (42,4 - 78,7) mg/L	50,2 mg/L

Data Fecha / Date:	30/05/2023
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br