



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Frutosamina Frutosamina/Frutosamine
Referência Referencia / Reference:	462
Lote Lot:	6007
Validade Validez / Expiration date:	30/09/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,200	0,136
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	2,94 (2,35 - 3,52) mmol/L	2,8 mmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	1,47 (1,17 - 1,76) mmol/L	1,5 mmol/L

Data Fecha / Date:	22/01/2026
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br