

Produto Producto / Product:	Ferro Hierro/Iron
Referência Referência / Reference:	438/438M
Lote Lot:	202406 CM01
Validade Validez / Expiration date:	10/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	1940 a 2912	2422
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 1000 µg/dL hasta 1000 µg/dL/Until 1000 µg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	103 (93 - 113) µg/dL	101,86 µg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	214 (193 - 235) µg/dL	196,84 µg/dL

Data Fecha / Date:	14/08/2024
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br