



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

|   |   |
|---|---|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Amilase Direta CNP</b><br>Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>407</b>  |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>202204 (CM01)</b>  |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>10/2023</b>  |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                       | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range: | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:          | <b>&lt;0,300</b>  | <b>0,010</b>   |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:                                      | <b>1700 U/L</b>   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum level I:    | <b>125 (88 -163 ) U/L</b>                                     | <b>121 U/L</b>   |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum level II: | <b>364,8 (255- 474) U/L</b>                                   | <b>388 U/L</b>   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>18/11/2022</b> |
|------------------------------|-------------------|

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)