

Produto Producto / Product:	Controle Rh-Hr Control Rh-Hr/Rh-Hr Control
Referência Referencia / Reference:	175
Lote Lot:	3105
Validade Validez / Expiration date:	02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Controle Rh (ausência de D (RH1)) Reagente para controle de uso paralelo ao soro anti-D (1 x 10 mL)	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Registro de determinação para teste de Expressão do Antígeno - D (Fator Rh)

PROVA DIRETA

AMOSTRA	CONTROLE RH	SORO ANTI-D	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO	
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	Classificação ABO: A (Rh +)	-	4+	Rh +	Aprovado
	Classificação ABO: O (Rh -)	-	-	Rh -	

Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	03/05/2023
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br