

Produto Producto / Product:	AEO Turbidimetria
Referência Referencia / Reference:	471
Lote Lot:	6036
Validade Validez / Expiration date:	04/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	< 0,900	0,443
Atividade do branco Actividad del blanco/ Blank activity:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	800 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	172 (138 - 206) IU/mL	161,4 UI/mL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	289 (231 - 347) UI/mL	287,8 UI/mL

Data Fecha / Date:	26/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

