



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|-----------------------------|
| Produto Producto / Product: | Ferro Hierro/Iron |
| Referência Referência / Reference: | 438M |
| Lote Lot: | 202305 (CM02) |
| Validade Validez / Expiration date: | 11/2024 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor | 1940 a 2912 | 2583 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | Até 1000 µg/dL hasta 1000 µg/dL/Until 1000 µg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 92 (83 - 101) µg/dL | 93,66µg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 231 (208 - 254) µg/dL | 215 µg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 23/10/2023 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br