



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	HDL Direto HDL Directo/HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	400E
Lote Lot:	25048 CM01
Validade Validez / Expiration date:	02/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos Limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I	27,5 (22,1 - 32,9) mg/dL	24,90 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II	56,0 (44,8 - 67,2) mg/dL	47,10 mg/dL

Data Fecha / Date:	13/01/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br