



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Cálcio Calcio/Calcium
Referência Referencia / Reference:	448
Lote Lot:	202309 CM03
Validade Validez / Expiration date:	03/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,750	0,405
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	7,7 a 11,7	9,67
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 16 mg/dL hasta 16 mg/dL/Until 16 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	9,71 (8,74 -10,7) mg/dL	9,15 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	13,0 (11,7 - 14,3) mg/dL	12,65 mg/dL

Data Fecha / Date:	08/05/2024
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br