Controle Reumático N1 | Control Reumático N1

Soro controle para reumatologia.
Suero de control para reumatología.

Ref: 601.1
MS 80022230191

LOTE: 4029
VAL.: 06/2025

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4029 Val: 06/2025					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	187	(150 - 224)	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	44,9	(31,4 - 58,4)	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	24,6	(17,2 - 32,0)	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/24