



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Colinesterase</b> <b>Colinesterasa/Cholinesterase</b>
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>415M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202305 CM04</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>02/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&gt;1,700</b>	<b>1,723</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>20.000 U/L</b>	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>5470 (4610 - 6330) U/L</b>	<b>5406,33 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>8553 ( 7053- 10053) U/L</b>	<b>8799,33 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>07/03/2024</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)