



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>HDL Direto</b> HDL SC/HDL SC
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>114E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>23010</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>09/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos Limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity	<b>150 mg/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I	<b>16,3 (7.1 - 25.5) mg/dL</b>	<b>19 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II	<b>19 (13 - 25) mg/dL</b>	<b>21 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>13/04/2023</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)