


Produto Producto / Product:	CK-MB CK-MB/ CK-MB
Referência Referencia / Reference:	117
Lote Lot:	202211
Validade Validez / Expiration date:	08/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	600 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	32 (24 - 40) U/L	29 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	85 (65 - 105) U/L	87 U/L

Data Fecha / Date:	12/12/2022
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

