



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**

Producto / Product:

**Lipase Direta**

Lipasa directa/Direct Lipase

**Referência**

Referencia / Reference:

**409**

**Lote**

Lot:

**202502 (CM01)**

**Validade**

Validez / Expiration date:

**05/12/2025**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                            | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                              | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos físico-químico</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/ Within<br>internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:                                           | <b>Até 300 U/L</b><br>Hasta 300 U/L/ Until 300 U/L                                          | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Absorbância do Branco</b><br>Absorbancia blanca/ White<br>Absorbance                 | <b>≤0,300</b>                                                                               | <b>0,143</b>                                                     |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel<br>I/Control Serum Level I:      | <b>22.17 (14.4 - 29) U/L</b>                                                                | <b>16,57 U/L</b>                                                 |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel<br>II/Control Serum Level II:   | <b>33.07 (22.4 - 37.3) U/L</b>                                                              | <b>34,07 U/L</b>                                                 |

**Data**

Fecha / Date:

**07/04/2025**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**