


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>FIA Homocisteína</b> FIA Homocisteína/FIA Homocysteine
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>202</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>Y2309068</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>17/09/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos Placa-Teste</b> Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	<b>Íntegra e sem manchas</b> Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Aspecto Diluente</b> Aspectos diluente/ Thinner Aspects	<b>Límpido incolor</b> Claro incoloro/ Clear colorless	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>9,5 (7,59 - 11,41) µmol/L</b>	<b>9,88 µmol/L</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>29,0 (23,2 - 34,8) µmol/L</b>	<b>28,33 µmol/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>28/11/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**