Controle Reumático N1 | Control Reumático N1

Soro controle para reumatologia.
Suero de control para reumatologia.

Ref: 601.1
MS 80022230191

LOTE: 3155
VAL.: 12/2024

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 3155 Val: 12/2024					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	178	(142 - 214)	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	47,1	(33 - 61,2)	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	26,1	(18,3 - 33,9)	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 06/23