


Produto Producto / Product:	Magnésio Mono Magnesio/ Magnesium
Referência Referencia / Reference:	115
Lote Lot:	22018
Validade Validez / Expiration date:	06/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<1,000	0,911
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	8,1 a 12,3	9,66
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	2,03 (1.73 - 2.33)mg/dL	2,08 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	2,80 (2.25 - 3.08)mg/dL	2,73 mg/dL

Data Fecha / Date:	13/09/2022
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br