



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Sangue Oculto

Sangre oculta/Fecal Occult Blood

Referência

Referencia / Reference:

533

Fabricação

Fabricación/Manufacturing Date:

12/05/2025

Lote

Lot:

2026002 (146)

Validade

Validez / Expiration date:

07/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspecto Placa-Teste Aspecto de la placa de prueba/Teste Plate Appearance	Íntegra e sem manchas Intacto y sin manchas/ Intact and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Extrator Aspecto de adelgazamiento/Thinning Aspect:	Límpido incolor Incoloro limpio/Colorless clean	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples:	Positivo Positivo/Positive	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas/Negative samples:	Negativo Negativo/Negative	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data

Fecha / Date:

23/05/2026

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

