Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA**
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202405 (CM01)**
Validade Validez / Expiration date:	**10/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	**BT 1,07 (0,91-1,23) mg/dL** **BD 0,71 (0,60-0,82) mg/dL**	**BT 1,04 mg/dL** **BD 0,73 mg/dL**
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	**BT 5,53 (4,70-6,36) mg/dL** **BD 3,00 (2,55-3,45) mg/dL**	**BT 5,21 mg/dL** **BD 3,04 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**06/08/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br