Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601 MS 80022230191

LOTE: 1073
VAL.: 2022-12

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1073 Val: 12/2022					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	163	130 - 196	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	249	199 - 299	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	39.3	27.5 - 51.1	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	70.3	49.2 - 91.4	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	22.7	15.9 - 29.5	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	46.3	32.4 - 60.2	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 03/21