


Produto Producto / Product:	Colesterol Colesterol/ Cholesterol
Referência Referencia / Reference:	460
Lote Lot:	202206 CM02
Validade Validez / Expiration date:	09/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,300	0,011
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	501-751	618
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	500 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	75,7 (66 -86) mg/dL	70 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	135,8 (118 -153) mg/dL	122 mg/dL

Data Fecha / Date:	15/12/2022
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br