GOLD In Vitro Diagnostics	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**TTPA Líquida** TTPA neto/Net TTPA
Referência Referencia / Reference:	**556**
Lote Lot:	**4352**
Validade Validez / Expiration date:	**02/05/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Plasma controle nível I Nivel de control de plasma I/Plasma control level I:	**32.0 (24.0 - 40.0)segundos**	**32,93s**
Plasma controle nível II Nivel de control de plasma II/Plasma control level II:	**53.0 (40 - 66) segundos**	**53,53s**

Data Fecha / Date:	**29/11/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br