


Produto
Producto / Product:**CK-MB**
CK-MB/ CK-MB**Referência**
Referencia / Reference:**117****Lote**
Lot:**202502 (CM01)****Validade**
Validez / Expiration date:**31/03/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	600 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	26 (20 - 32) U/L	22,67 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	78 (59 - 97) U/L	65,30 U/L

Data
Fecha / Date:**07/04/2025****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

