


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Magnésio Mono</b> Magnesio/ Magnesium
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>115</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>24010 CM02</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>03/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>≤1,000</b>	<b>0,805</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>2,34 (1,88 - 2,80) mg/dL</b>	<b>2,50 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>3,20 (2,56 - 3,84) mg/dL</b>	<b>3,60 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>26/03/2024</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

