


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>CK-MB</b> CK-MB/ CK-MB
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>117</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202409 (CM01)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>31/05/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>600 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>29 (22 - 36) U/L</b>	<b>26,70 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>77 (58 - 96) U/L</b>	<b>68 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>22/05/2024</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

