



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Proteínas Totais Proteínas Totales/Total Proteins
Referência Referencia / Reference:	418
Lote Lot:	202502 CM01
Validade Validez / Expiration date:	31/07/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,150	0,115
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor	15,7 a 23,3	18,78
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	14 g/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	5.53 (4,70 - 6.36) g/dL	5,27 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	7.70 (6.55 - 8.86) g/dL	6,90 g/dL

Data Fecha / Date:	30/10/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br