Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Produto Producto / Product:	**Ferritina**
Referência Referencia / Reference:	**477**
Lote Lot:	**2115**
Validade Validez / Expiration date:	**04/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**> 1,700**	**1,013**
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**500 µg/L**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**121,5 (97,2 - 145,8) µg/L**	**138,47 µg/L**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**364,5 (291,6 - 437,4) µg/L**	**381,64 µg/L**

Data Fecha / Date:	**14/07/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br