



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	PCR Látex PCR Látex / PCR Latex
Referência Referencia / Reference:	543E
Lote Lot:	3131
Validade Validez / Expiration date:	02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Controle Positivo Control positivo / Positive Control	Floculação intensa Floculación intensa / Intense flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Controle Negativo Control negativo / Negative Control	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas /Positive samples	Presença de floculação Presencia de floculación / Presence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas / Negative samples	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	26/05/2023
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br