



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Colinesterase Colinesterasa/Cholinesterase
Referência Referencia / Reference:	415/415M
Lote Lot:	202503 (CM01)
Fabricação fabricación/ manufacturing:	02/10/2025
Validade Validez / Expiration date:	31/11/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	>1,700	1,640
Linearidade Linealidad / Linearity:	20.000 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	3825 (2869 - 4781) U/L	4552,33 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	6046.4 (4535 - 7558) U/L	6824 U/L

Data Fecha / Date:	30/10/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

