Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**PCR Turbidimetria** **Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry**
Referência Referencia / Reference:	**473**
Lote Lot:	**2123**
Validade Validez / Expiration date:	**09/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**≤0,900**	**0,712**
Linearidade Linealidad / Linearity:	**150 mg/L**	**De Acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**25,6 (17,9 - 33,3) mg/L**	**28.45 mg/L**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**51,6 (36,1 - 67,1) mg/L**	**64.16 mg/L**

Data Fecha / Date:	**19/07/2022**



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br