


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Creatinina Mono</b> Creatinina Mono/ Creatinine Monkey
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>110E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>23006 CM01</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>01/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt; 0,400</b>	<b>&lt; 0,070</b>
<b>Fator de Calibração (505 nm)</b> Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	<b>24.0 - 36.0</b>	<b>32,2</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>10 mg/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>0.79 (0.49 - 1.09) mg/dL</b>	<b>0,79 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>4.62 (3.7 - 5.55) mg/dL</b>	<b>5,37 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>01/03/2023</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**