



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Soro Controle N</b>
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>497M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202501 (CM02)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>14/12/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parâmetros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aparência</b> Aspecto / Appearance	<b>Pó liofilizado</b> Polvo liofilizado/ Lyophilized powder	<b>Pó liofilizado</b> Polvo liofilizado/ Lyophilized powder
<b>Cor</b> Color / Colour	<b>Amarelado</b> Amarillento/Yellowish	<b>Amarelado</b> Amarillento/Yellowish
<b>Estabilidade após sete dias de reconstituído, exceto enzimas (Fosfatase Alcalina e Bilirrubinas).</b> Estabilidad después de siete días de reconstituído, excepto enzimas (Fosfatasa Alcalina y Bilirrubinas). Stability after seven days of reconstitution except enzymes (Alkaline Phosphatase and Bilirubins).	<b>≤ 10%</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>Estabilidade após dois dias de reconstituído para enzimas e Bilirrubinas.</b> Estabilidad después de dos días de reconstituído para enzimas y bilirrubinas. Stability after two days of reconstitution for enzymes and bilirubin.	<b>≤ 10%</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>30/10/2025</b>	

Tatiane Trindade

---

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**